

検査年月日 Inspection Date XX, XX, 20XX	検査成績書 INSPECTION SHEET		検査責任者 Inspection Manager			
温度 Temperature ** °C			機器型式 Model Name R550Pro 製造番号 Serial No. * * * * *		検査員 Inspector	
湿度 Humidity ** %						
検査項目 Inspection Item	定格または検査項目(条件) Rating/Checkpoint (Condition)	社内 In-house	立会 Witnessed			
外観・機構 External appearance and mechanism	外観・機構・組立等が規格及び製品仕様を満足していることを目視にて確認する Visually check that external appearance, mechanism and assembly comply with applicable standards and product specifications.					
温度測定範囲 Temperature measurement range	レンジ 4: 200°C ~2000°C *1 Range 4: 200°C to 2000°C *1 *1(温度校正範囲は 200~1100°C) *1 (Temperature calibration range is 200 °C to 1100°C)					
精度 Accuracy Windowing0: 640x480	・レンジ 4 ±36.0°C 以内 Range 4 Allowable error ±36.0°C					
精度 Accuracy Windowing1: 640x240	・レンジ 4 ±36.0°C 以内 Range 4 Allowable error ±36.0°C					
精度 Accuracy Windowing2: 640x120	・レンジ 4 ±36.0°C 以内 Range 4 Allowable error ±36.0°C					
測定時設定機能 Selecting function	温度レベル設定 Temperature level setting レンジ 4: 0°C ~2000°C *2 Range 4: 0°C to 2000°C *2 *2 (0~200°Cは表示のみ可、仕様範囲外) *2 (0°C to 200°C is displayed, out of specification)					
焦点範囲 Focusing Range	10cm 及び無限遠(15m)で焦点合わせ可能なこと 10cm to infinite (15m)					

GYN-040282-001-00

Rev. 1