E No.	管理No. R24T00XXX

保守・サービス報告書

Ver.1.00

顧客名 日本アビオニクス株式会社			形　式 R550Pro
(部署) □□部			製品名 赤外線サーモグラフィカメラ
ご担当 □□ □ 様			製造No. XXXXXXX
顧客先注文No.	受付日 □/△	完了日 △/□	受 注 番 号： 3JC22000XXXX
販売店 △△△株式会社	店所名 ▽▽▽部		営業担当 ▽▽ ▽ / 保証期間 外

障害状況(症状・条件などを明記)

校正B

保守・サービス内容(障害箇所・処置内容を明記)

■ 校正B 作業を実施しました。
□ 修理

・基本作業 ： 校正B
・証明書宛名 ： 日本アビオニクス株式会社 殿
・作成書類 ： 検査成績書(前後データ付) 1 部
校正証明書(体系図付) 1 部

障害箇所・処置内容

次の通り、校正作業を実施しました。

・温度校正作業。
・校正証明書、検査成績書を作成。
・動作点検、本体清掃。

記号	品名	定格	数	備考

記事欄

品質管理欄		受付番号： R24T00XXX
		発 行 元 ： 日本アビオニクス株式会社
		作 業 場 所 ： 日本アビオニクス株式会社
		承認 / 査閲 / 作成

日本アビオニクス株式会社